

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**Produto:** Histokit - Picrosírius-Hematoxilina**Código:** EP-11-20011**Lote:** 092623/1**Marca:** EasyPath**Validade:** 26/11/2024**Aplicação**

Método utilizado para a visualização de coláge.

Método Utilizado

Corresponde ao Protocolo do fabricante (EasyPath/Diagnósticos – Grupo Erviegas)

Resultados Esperado

Observação de colágeno em vermelho.

RESULTADOS DAS ANÁLISES


Reagente	Aspecto	Aprovado
Ácido pícrico	avermelhado	X
Hematoxilina	Líquido roxo	X

RESULTADO AO MICROSCÓPIO

X	Aprovado
	Insatisfatório

Observações:

- 1 – Os resultados deste boletim referem-se somente a amostra acima identificada.
- 2 – Este documento só pode ser reproduzido integralmente e com autorização do Grupo Erviegas.
- 3 – Documento emitido eletronicamente, sob responsabilidade do Laboratório de Controle de Qualidade.



Andressa Germano de Silva
Responsável Técnica
CRBio: 068001