

**IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO****Produto:** Histokit - Picosírius-Hematoxilina**Código:** EP-11-20011**Marca:** EasyPath**Lote:** 121323/1**Validade:** 15/02/2025**Aplicação**

Método utilizado para a visualização de coláge.

**Método Utilizado**

Corresponde ao Protocolo do fabricante (EasyPath/Diagnósticos - Grupo Erviegas)

**Resultados Esperado**

Observação de colágeno em vermelho.

**RESULTADOS DAS ANÁLISES**


Reagente	Aspecto	Aprovado
Ácido pícrico	avermelhado	X
Hematoxilina	Líquido roxo	X

**RESULTADO AO MICROSCÓPIO**

X	Aprovado
	Insatisfatório

**Observações:**

- 1 - Os resultados deste boletim referem-se somente a amostra acima identificada.
- 2 - Este documento só pode ser reproduzido integralmente e com autorização do Grupo Erviegas.
- 3 - Documento emitido eletronicamente, sob responsabilidade do Laboratório de Controle de Qualidade.



Andressa Germano de Silva  
Responsável Técnica  
CRBio: 068001