

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**Produto:** Histokit – Ziehl Neelsen Fite**Código:** EP-11-20012**Marca:** EasyPath**Lote:** 042324/1**Validade:** 23/06/2025**Aplicação**

Método utilizado para a visualização de bactérias álcool ácido resistentes.

Método Utilizado


Corresponde ao Protocolo do fabricante (EasyPath/Diagnósticos – Grupo Erviegas)

Resultados Esperados

Visualização de bactérias (rosa) e fundo azul.

RESULTADOS DAS ANÁLISES


Reagente	Aspecto	Aprovado
Fucsina de Ziehl	Líquido vermelho	X
Diferenciador	Líquido incolor	X
Azul de Metileno	Líquido azul	X

RESULTADO MICROSCÓPICO

Aprovado	X
Insatisfatório	

Observações:

- 1 – Os resultados deste boletim referem-se somente a amostra acima identificada.
- 2 – Este documento só pode ser reproduzido integralmente e com autorização do Grupo Erviegas.
- 3 – Documento emitido eletronicamente, sob responsabilidade do Laboratório de Controle de Qualidade.



Andressa Germano de Silva
Responsável Técnica
CRBio: 068001