

**IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO****Produto:** Histokit – Ziehl Neelsen Fite**Código:** EP-11-20012**Marca:** EasyPath**Lote:** 062424/1**Validade:** 24/08/2025**Aplicação**

Método utilizado para a visualização de bactérias álcool ácido resistentes.

**Método Utilizado**

Corresponde ao Protocolo do fabricante (EasyPath/Diagnósticos – Grupo Erviegas)


**Resultados Esperados**

Visualização de bactérias (rosa) e fundo azul.

**RESULTADOS DAS ANÁLISES**

Reagente	Aspecto	Aprovado
Fucsina de Ziehl	Líquido vermelho	X
Diferenciador	Líquido incolor	X
Azul de Metileno	Líquido azul	X

**RESULTADO MICROSCÓPICO**



Aprovado	X
Insatisfatório	

**Observações:**

- 1 – Os resultados deste boletim referem-se somente a amostra acima identificada.
- 2 – Este documento só pode ser reproduzido integralmente e com autorização do Grupo Erviegas.
- 3 – Documento emitido eletronicamente, sob responsabilidade do Laboratório de Controle de Qualidade.

*AGSilva*

Andressa Germano de Silva  
 Responsável Técnica  
 CRBio: 068001