

**IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO****Produto:** Histokit – Ziehl Neelsen Fite**Código:** EP-11-20012**Marca:** EasyPath**Lote:** 091923/1**Validade:** 19/11/2024**Aplicação**

Método utilizado para a visualização de bactérias álcool ácido resistentes.

**Método Utilizado**

Corresponde ao Protocolo do fabricante (EasyPath/Diagnósticos – Grupo Erviegas)


**Resultados Esperados**

Visualização de bactérias (rosa) e fundo azul.

**RESULTADOS DAS ANÁLISES**

Reagente	Aspecto	Aprovado
Fucsina de Ziehl	Líquido vermelho	X
Diferenciador	Líquido incolor	X
Azul de Metileno	Líquido azul	X


## RESULTADO MICROSCÓPICO



Aprovado	X
Insatisfatório	

## Observações:

- 1 - Os resultados deste boletim referem-se somente a amostra acima identificada.
- 2 - Este documento só pode ser reproduzido integralmente e com autorização do Grupo Erviegas.
- 3 - Documento emitido eletronicamente, sob responsabilidade do Laboratório de Controle de Qualidade.



Andressa Germano de Silva  
Responsável Técnica  
CRBio: 068001