

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**Produto:** Histokit – Ziehl Neelsen Faraco**Código:** EP-11-20452**Marca:** EasyPath**Lote:** 091324/1**Validade:** 13/11/2025**Aplicação**

Método utilizado para a visualização de bactérias álcool ácido resistentes.

Método Utilizado

Corresponde ao Protocolo do fabricante (EasyPath/Diagnósticos – Grupo Erviegas)


Resultados Esperados

Visualização de bactérias (rosa) e fundo azul.

RESULTADOS DAS ANÁLISES

Reagente	Aspecto	Aprovado
Solução Engordurante	Líquido amarelado	X
Fucsina de Ziehl	Líquido vermelho	X
Diferenciador	Líquido incolor	X
Azul de Metileno	Líquido azul	X

RESULTADO MICROSCÓPICO



Aprovado	X
Insatisfatório	

Observações:

- 1 - Os resultados deste boletim referem-se somente a amostra acima identificada.
- 2 - Este documento só pode ser reproduzido integralmente e com autorização do Grupo Erviegas.
- 3 - Documento emitido eletronicamente, sob responsabilidade do Laboratório de Controle de Qualidade.