

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**Produto:** Eosina Amarela**Código:** EP-11-20574**Marca:** EasyPath**Lote:** 012825/1**Validade:** 28/03/2026**Aplicação**

Método utilizado para a visualização citoplasmática.

Método Utilizado


5g de Eosina PA para cada litro de água destilada.

Resultados Esperados

Observação citoplasmática rosado.

RESULTADOS DAS ANÁLISES

Reagente	Aspecto	Aprovado
Eosina Amarela	Líquido rosado	X

RESULTADO MICROSCÓPICO**Coloração de Hematoxilina e Eosina**

Aprovado	<input checked="" type="checkbox"/>
Insatisfatório	<input type="checkbox"/>

Observações:

- 1 - Os resultados deste boletim referem-se somente a amostra acima identificada.
- 2 - Este documento só pode ser reproduzido integralmente e com autorização do Grupo Erviegas.
- 3 - Documento emitido eletronicamente, sob responsabilidade do Laboratório de Controle de Qualidade.