

**IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

**Produto:** Xilol P.A – ACS - 5 Litro  
(Xileno)

EP-11-20970

**Marca:** EasyPath

**Lote:**022324/1

**Validade:** 23/02/2026

**RESULTADOS DAS ANÁLISES**

Item analisado	Unidade	Especificações	Resultado	Metodologia
Aspecto		Límpido e incolor	Conforme	Visual
Densidade, 20/4°C	g/ cm <sup>3</sup>	0,855 – 0,875	0,866	IT.LAB.008
Teor de Água	%	-	0,021	IT.LAB.017
Pureza	%	Min. 99,0	99,73	IT.LAB.018
Ponto Inicial de Ebulição	°C	Min. 130,0	137,0	IT.LAB.014
Ponto Seco	°C	Máx. 155,0	138,9	IT.LAB.014
C9 + Aromáticos	%	Máx. 2,0	0,05	ASTM D2306
Teor de Benzeno	%	Máx. 0,2	<0,1	ASTM D2306
Cor, Pt/Co		Máx. 10	<u>1</u>	ASTM D1209

*“Documento emitido eletronicamente, sob responsabilidade do Laboratório de Controle de Qualidade”*

**Observações:**

- 1 – Os resultados deste boletim referem-se somente a amostra acima identificada
- 2 – Este documento só pode ser reproduzido integralmente e com autorização do Grupo Erviegas.