

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
Produto: Xilol P.A – ACS - 5 Litro
(Xileno)

EP-11-20977
Marca: EasyPath

Lote:121823/1

Validade: 18/12/2025

RESULTADOS DAS ANÁLISES

Item analisado	Unidade	Especificações	Resultado	Metodologia
Aspecto		Límpido e incolor	Conforme	Visual
Densidade, 20/4°C	g/ cm ³	0,855 – 0,875	0,867	IT.LAB.008
Teor de Água	%	-	0,006	IT.LAB.017
Pureza	%	Min. 99,0	99,60	IT.LAB.018
Ponto Inicial de Ebulição	°C	Min. 130,0	137,4	IT.LAB.014
Ponto Seco	°C	Máx. 155,0	141,0	IT.LAB.014
C9 + Aromáticos	%	Máx. 2,0	1,30	ASTM D2306
Teor de Benzeno	%	Máx. 0,2	<0,1	ASTM D2306
Cor, Pt/Co		Máx. 10	<u>1</u>	ASTM D1209

“Documento emitido eletronicamente, sob responsabilidade do Laboratório de Controle de Qualidade”

Observações:

- 1 – Os resultados deste boletim referem-se somente a amostra acima identificada
- 2 – Este documento só pode ser reproduzido integralmente e com autorização do Grupo Erviegas.