

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**Produto:** Histokit – Fontana Masson Modificado**Código:** EP-12-20451**Marca:** EasyPath**Lote:** 020524/1**Validade:** 05/08/2024**Aplicação**

Método utilizado para a visualização de melanócitos.

Método Utilizado

Corresponde ao Protocolo do fabricante (EasyPath/Diagnósticos – Grupo Erviegas)


Resultados Esperados

Impregnação pela prata e observação de pigmentos de melanina.

RESULTADOS DAS ANÁLISES

Reagente	Aspecto	Aprovado
Prata	Metálico	X
Cloreto de Ouro	Líquido amarelo	X
Tiosulfato	Líquido incolor	X
Verde Luz	Líquido verde	X

RESULTADO MICROSCÓPICO



Aprovado	<input checked="" type="checkbox"/>
Insatisfatório	<input type="checkbox"/>

Observações:

- 1 – Os resultados deste boletim referem-se somente a amostra acima identificada.
- 2 – Este documento só pode ser reproduzido integralmente e com autorização do Grupo Erviegas.
- 3 – Documento emitido eletronicamente, sob responsabilidade do Laboratório de Controle de Qualidade.

AGSilva

Andressa Germano de Silva
 Responsável Técnica
 CRBio: 068001