

### Certificado de Análise

#### IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

**Produto:** CK 5/6 (Clone EP24+EP67)

**Código:** EP-12-51201

**Marca:** EasyPath

**Lote:** 020824/1

**Validade:** 31/01/2026


#### RESULTADOS DAS ANÁLISES

|                             |
|-----------------------------|
| Marcação positiva: Aprovado |
| Aparência: Incolor          |
| pH: N/A                     |

#### RESULTADO MICROSCÓPICO

|                |   |
|----------------|---|
| Aprovado       | X |
| Insatisfatório |   |

Documento emitido eletronicamente, sob responsabilidade do Laboratório de Controle de Qualidade.



Andressa Germano de Silva  
Responsável Técnica  
CRBio: 068001