

**IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**
**Produto:** NITRATO DE PRATA PA ACS 25g

**Código:** EP-21-20878

**Marca:** EasyPath

**Lote:** 042924/1

**Validade:** 03/01/2027

**RESULTADOS DAS ANÁLISES**

Item analisado	Especificações	Resultado	Método
Teor	Mín. 99%	99,52%	ACS 11 <sup>a</sup> Edição
Clareza da Solução	Passa no teste	Passa no teste	ACS 11 <sup>a</sup> Edição
Cloreto (Cl)	Máx. 5 ppm	< 5 ppm	ACS 11 <sup>a</sup> Edição
Ácidos livres	Passa no teste	Passa no teste	ACS 11 <sup>a</sup> Edição
Subst. que não ppt c/ HCl	Máx. 0,01%	<0,01%	ACS 11 <sup>a</sup> Edição
Sulfato (SO <sub>4</sub> )	Máx. 0,002%	<0,002%	ACS 11 <sup>a</sup> Edição
Cobre (Cu)	Máx. 2 ppm	< 2 ppm	ACS 11 <sup>a</sup> Edição
Ferro (Fe)	Máx. 2 ppm	< 2 ppm	ACS 11 <sup>a</sup> Edição
Chumbo (Pb)	Máx. 0,001%	<0,001%	ACS 11 <sup>a</sup> Edição
Aparência	Sólido branco a incolor	De acordo	Visual

*"Documento emitido eletronicamente, sob responsabilidade do Laboratório de Controle de Qualidade"*

**Observações:**

- 1 - Os resultados deste boletim referem-se somente a amostra acima identificada
- 2 - Este documento só pode ser reproduzido integralmente e com autorização do Grupo Erviegas.