

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**Produto:** NITRATO DE PRATA PA ACS 50g**Código:** EP-21-20879**Marca:** EasyPath**Lote:** 030922/1**Validade:** 08/03/2028**RESULTADOS DAS ANÁLISES**

Item analisado	Especificações	Resultado	Método
Teor	Mín. 99%	99,8%	ACS 11a Edição
Clareza da Solução	Passa no teste	P.T.	ACS 11a Edição
Cloreto (Cl)	Máx. 5 ppm	< 5 ppm	ACS 11a Edição
Ácidos livres	Passa no teste	P.T.	ACS 11a Edição
Subst. que não ppt c/ HCl	Máx. 0,01%	< 0,01%	ACS 11a Edição
Sulfato (SO ₄)	Máx. 0,002%	< 0,002%	ACS 11a Edição
Cobre (Cu)	Máx. 2 ppm	< 2 ppm	ACS 11a Edição
Ferro (Fe)	Máx. 2 ppm	< 2 ppm	ACS 11a Edição
Chumbo (Pb)	Máx. 0,001%	< 0,001%	ACS 11a Edição
Aparência	Sólido branco a incolores	Sólido branco a incolores	visual

“Documento emitido eletronicamente, sob responsabilidade do Laboratório de Controle de Qualidade”

Observações:

- 1 - Os resultados deste boletim referem-se somente a amostra acima identificada
- 2 - Este documento só pode ser reproduzido integralmente e com autorização do Grupo Erviegas.