

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**Produto:** NITRATO DE PRATA PA ACS 50g**Código:** EP-21-20879**Marca:** EasyPath**Lote:** 032322/1**Validade:** 08/03/2028**RESULTADOS DAS ANÁLISES**

| Item analisado | Especificações | Resultado | Método |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| Teor | Mín. 99% | 99,8% | ACS 11a Edição |
| Clareza da Solução | Passa no teste | P.T. | ACS 11a Edição |
| Cloreto (Cl) | Máx. 5 ppm | < 5 ppm | ACS 11a Edição |
| Ácidos livres | Passa no teste | P.T. | ACS 11a Edição |
| Subst. que não ppt c/ HCl | Máx. 0,01% | < 0,01% | ACS 11a Edição |
| Sulfato (SO ₄) | Máx. 0,002% | < 0,002% | ACS 11a Edição |
| Cobre (Cu) | Máx. 2 ppm | < 2 ppm | ACS 11a Edição |
| Ferro (Fe) | Máx. 2 ppm | < 2 ppm | ACS 11a Edição |
| Chumbo (Pb) | Máx. 0,001% | < 0,001% | ACS 11a Edição |
| Aparência | Sólido branco a incolores | Sólido branco a incolores | visual |

“Documento emitido eletronicamente, sob responsabilidade do Laboratório de Controle de Qualidade”

Observações:

- 1 - Os resultados deste boletim referem-se somente a amostra acima identificada
- 2 - Este documento só pode ser reproduzido integralmente e com autorização do Grupo Erviegas.