

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**Produto:** NITRATO DE PRATA P.A - ACS -50G**Código:** EP-21-20879**Marca:** EasyPath**Lote:** 070621/1**Validade:** 28/12/2026**RESULTADOS DAS ANÁLISES**

Item analisado	Especificações	Resultado	Método
Dosagem	Mín. 99,0%	99,9%	ACS 11ª Edição
Cloreto (Cl)	Máx. 5 ppm	< 5 ppm	ACS 11ª Edição
Sulfato (SO ₄)	Máx. 0,002%	< 0,002%	ACS 11ª Edição
Cobre (Cu)	Máx. 2 ppm	< 2 ppm	ACS 11ª Edição

“Documento emitido eletronicamente, sob responsabilidade do Laboratório de Controle de Qualidade”

Observações:

- 1 - Os resultados deste boletim referem-se somente a amostra acima identificada
- 2 - Este documento só pode ser reproduzido integralmente e com autorização do Grupo Erviegas.