

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**Produto:** SULFATO DE ALUMÍNIO E POTÁSSIO**Código:** EP-21-20880**Marca:** EasyPath**Lote:** 032321/1**Validade:** 14/10/2024**RESULTADOS DAS ANÁLISES**

Item analisado	Especificações	Resultado	Método
Teor	98,0 - 102,0%	99,99%	ACS 11a Edição
Material insolúvel em H ₂ O	Máx. 0,005%	< 0,005%	ACS 11a Edição
Cloreto (Cl)	Máx. 5 ppm	< 5 ppm	ACS 11a Edição
Ferro (Fe)	Máx. 0,001%	< 0,001%	ACS 11a Edição
Amônio (NH ₄)	Máx. 0,005%	< 0,005%	ACS 11a Edição
Sódio (Na)	Máx. 0,02%	< 0,02%	ACS 11a Edição
Metais pesados (como Pb)	Máx. 0,001%	< 0,001%	ACS 11a Edição

“Documento emitido eletronicamente, sob responsabilidade do Laboratório de Controle de Qualidade”

Observações:

- 1 - Os resultados deste boletim referem-se somente a amostra acima identificada
- 2 - Este documento só pode ser reproduzido integralmente e com autorização do Grupo Erviegas.